

ПРОТОКОЛ № 3
Об итогах закупок способом запроса ценовых предложений
Объявление № 4

г. Кокшетау

« 4 » февраля 2022 г

Проведение процедуры закупа в соответствии главы 9, п. 92 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

1. По объявлению № 4 были предоставлены следующие заявки от потенциальных поставщиков:

- **ТОО «Optimum Service»**, дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «14» час «15» мин 28.01.2022 года вх. № 4-01-27;

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу	Предлагаемые цены потенциальных поставщиков
						ТОО «Optimum Service»
1	Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови	одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал системы анализа крови) Особенности карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct. Расчетные параметры: TCO₂, HCO₃, BE(ecf), BE(b), sO₂, Hb. Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм,	уп	5	226 000,00	226 000,00

		высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм. В упаковке 50 шт, должно быть применимо к анализатору ЕРОС				
2	Капилляры	капилляры гепаринизированные, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор. В упаковке 50 шт. должно быть применимо к анализатору ЕРОС	уп	5	54 000,00	54 000,00

2. По лотам № 1,2 признать победителем **ТОО «Optimum Service»** в соответствии с пунктом 100 Правил;

3. В соответствии с п. 102 Правил победителю предоставить заказчику или организатору закупа в течении десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;

4. Заказчику заключить договор с победителем в сроки указанные в п. 103, 104 Правил;

5. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz.

6. За данное решение проголосовали:

7. **За** – 5 (пять) голосов (Сабыралиев С.Н., Кусаинова Ф.С., Елеусизова У.С., Айткужина С.Е., Ахметова К.А.)

8. **Против:** нет.

9. **Отсутствуют:** нет.

Сабыралиев С.Н.

Директор

Кусаинова Ф.С.

Заместитель директора по финансам

Елеусизова У.С.

Руководитель отдела ПА и ГЗ

Айткужина С.Е.

Заведующая аптекой

Ахметова К.А.

Главная медсестра

Даулетбекова А.К.

Секретарь