

Проведение процедуры закупки в соответствии «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» Постановления Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.

Объявление № 103 о проведении закупки изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на 2020 год Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров

Наименование и адрес заказчика или организатора закупки	№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Место поставки
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	1	Аппарат кислородный терапии (высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель)	Согласно приложению № 1 к объявлению № <u>103</u>	компл. кт	1,00	2 450 000,00	2 450 000,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А
							2 450 000,00	

1. Место поставки товара: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А.

2. Требуемый срок поставки: В течение 15 календарных дней с даты подписания договора.

3. Условия поставки: Доставить товар в строгом соответствии по характеристике, по количеству, качеству, ассортименту в указанные сроки.

4. Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 09 ч 00 мин «10» декабря 2020 г. до 10 ч 00 мин «20» декабря 2020 г. включительно, по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 ч 00 мин «20» декабря 2020 г. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

Главный врач _____ Иванова Е.Ю.



Техническая характеристика

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ)	Аппарат кислородной терапии (высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель)			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	* Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
2	Требования к комплектации	Основные комплектующие, не хуже: 1 Аппарат кислородной терапии (высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель) Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии. Аппарат оснащен LCD дисплеем. Характеристики: • Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; • Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; • Настройки скорости потока: ○ В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); ○ В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); • Настройки температуры: 31°C-37°C (±2°C) (шаг регулировки – 1°C);			

1 шт.

			- Влажность потока: >33мг/л при температуре 37°C; >12мг/л при температуре 31 °~36°C; - FiO2: от 21 до 95% (±5%); - Источник питания: 100-240V 50/60Гц; - Уровень шума: ≤50dB; - Время нагрева потока: ~6 мин до 37°C при скорости потока 60 л/в мин; - Размер: 243мм x 220мм x 170мм; - Вес: до 2,8±0,2 кг. Особенности: - Легкость в использовании и быстрый старт; - Встроенный датчик кислорода; - Отражение в режиме реального времени FiO2; - Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; - Не требует компрессора; - Наличие детского и взрослого режима; - Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°C (±2°C) с шагом регулировки 1°C; - Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин; - Не требует стерилизации после использования; - Оснащается сменным фильтром; - Возможность подключения внешнего
--	--	--	---

			источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя; - Наличие датчика уровня воды; - Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания; - Наличие датчика камеры увлажнителя; - Наличие сигнала тревоги при блокировке потока; - Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования. - Соответствие стандарту IEC/EN 60601 - Наличие сертификата EC 93/42/EEC - Соответствие производства стандарту EN ISO 13485		
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>					
	2	Флоуметр (расходомер) кислорода	Расходомер кислорода с возможностью регулировки скорости потока кислорода от 0 до 50 л/в мин.	1 шт.	
	3	Кислородный шланг	Кислородных шланг стандарта DIN.	1 шт.	
	4	Кислородная трубка	Кислородная трубка.	1 шт.	
	5	Сменные фильтры	Сменные фильтры.	25 шт.	
	6	Кабель	Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору.	1 шт.	
	8	Интегрированный нагреваемый дыхательный контур для одноканальной для взрослых	Одноканальный интегрированный нагреваемый дыхательный контур (трубка) для взрослых с встроенным датчиком температуры потока и изолирующим рукавом для предотвращения образования конденсата.	5 шт.	
	9	Одноканальная высокоточная	Одноканальная высокоточная назальная канюля для взрослых.	5 шт.	

