

Проведение процедуры закупки в соответствии «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» Постановлением Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.

Объявление № 1 о проведении закупки изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на 2021 год Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров

Наименование и адрес заказчика или организатора закупки	№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Место поставки	Срок поставки
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»	1	Микроскоп медицинский	Согласно приложению № 1 к объявлению № 1	штук	1,00	1 630 000,00	1 630 000,00	г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А	В течение 60 дней с момента подписания договора
	2	Операционный цистоуретроскоп 8 Шр		компл	1	2 170 850,00	2 170 850,00		В течение 120 дней с момента подписания договора
	ИТОГО							3 800 850,00	

1. Место поставки товара: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А.

2. Условия поставки: Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту в указанные сроки.

3. Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 10 ч 00 мин 13 » января 2021 г. до 10 ч 00 мин 20 » января 2021 г. включительно, по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 ч 00 мин 20 » января 2021 г. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

Главный врач _____ Иванова Е.Ю.

Техническая спецификация к лоту № 1

Техническая спецификация на стереоскопический микроскоп

Область применения:

Клинико-диагностические лаборатории медицинских учреждений и лаборатории научно-исследовательских институтов. Для получения трехмерного (3-D) вида объекта при незначительном увеличении в проходящем свете при диссекции и 3-D просмотре больших или живых образцов.

Характеристика:

Стереомикроскоп имеет современный, эргономичный дизайн, в связи с возможностями батареи предназначен для здравоохранения в отдаленных районах. Микроскоп с панкратической системой плавного изменения увеличения, то есть с системой Zoom, что позволяет выбрать любое увеличение на всем обеспеченном диапазоне. Имеют два фокусированных тубуса. Это необходимо для того, чтобы препарат оставался в фокусе на всем диапазоне увеличения. Также имеет диапазон для наблюдения и документирования образцов, LED технологию подсветки.

Бинокулярная, безкомпенсационная, эргономичная головка осветительного типа может наклоняться на углы от 10° до 30°, а окуляры можно выдвигать на 40 мм. Головка не требует компенсационной регулировки для разных межзрачковых расстояний. Это обеспечивает оптимальный уровень глаз и удобную точку просмотра, независимо от телосложения оператора. **Дополнительно, к тубусам можно прикрепить цифровую окулярную камеру.**

Корпус микроскопа содержит объектив и систему масштабирования. Специальная оптическая система обеспечивает 3 D изображения

Система подсветки

Микроскоп оснащен светодиодной лампой для отраженной освещенности и светодиодом для передачи освещенности. Интенсивность обеих ламп регулируется колесиком, которое расположено на основании. Кроме того, для более удобного освещения лампа отраженного света может быть наклонена вверх и вниз

Источник проходящего света - светодиодная лампа 7 В/5 Вт, регулируемый

Источник отраженного света - светодиодная лампа 3.5 В/ 3 Вт, регулируемый

Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц 85-240 +-50/60

Для отраженного и передаваемого освещения используется последняя светодиодная технология. Срок службы светодиодной лампы составляет от 30 000 до 50 000 часов. Учитывая, что лампа включается 6 часов в день, 365 дней в году, мы ожидаем, что для светодиодных ламп средний срок службы составит 20 лет. По этой причине для светодиодных ламп не требуется замена

Основание поддерживает весь вес микроскопа. У него не менее четырех стоек для стабилизации инструмента. Основание содержит полную электронную схему, источник лампы передаваемого освещения, выключатель питания и регулировочные колеса для отраженной освещенности и передаваемого освещения.

Методы исследования: проходящий и отраженный свет.

Окуляры – сменные, обеспечивают отсутствие ощущения усталости, позволяя комфортное наблюдение.

Тубус бинокулярный (тринокулярный – по опции), поворотный на 360 градусов, диоптрийная настройка ± 5 диоптрий на обоих тубусах, угол наклона 45 градусов, регулируемое межзрачковое расстояние - 55-75 мм

Объектив панкратический, увеличение (ZOOM): 0.7-4.5, общее увеличение: 7х-45х

Рабочее расстояние - 88 мм

Поле зрения - 28.5 – 4.5 мм

Габаритные размеры - 230х170х470 мм

Оптические спецификации

Окуляр REF WF10X	WF15X	Рабочее расстояние (мм) не менее
Рабочее расстояние (мм)	Диапазон диапазон увеличения поля	90
Стандарт 7х - 45х	Стандарт 7х - 45х	90
Дополнительные объективы опции		
0.5x 14900/6 3.5x - 22.5x	057.2 - 8.9 5.3x - 33.75x 042.9 - 6.7	137
0.75x 14900/7 5.3x - 33.8x	038.1 - 5.9 7.9x - 50.6x 028.6 - 4.4	103
1.5x 14900/9 10.5x - 67.5x	019.0 - 2.96 15.8 - 101.3x 014.3 - 2.2	48
2.0x 14900/10 14x - 90x	2.0x 14900/10 14x - 90x	29

Возможные дополнительные опции (не входят в комплект поставки):

Тубус бинокулярный, Широкопольные окуляры WF*, Широкопольные окуляры с сеткой*, Объективы*, Адаптеры для CCD-камеры*, Кабель питания*, ЖК-монитор Микроскоп LCD*, Кабель соединительный*, Объект-микрометр*, Адаптер для окуляра 0.5х*, Набор для

очистки микроскопов*, Пластиковый футляр*, Адаптеры для цифровой камеры и для цифровой зеркальной камеры *, Цифровая камера с USB-соединительным кабелем и программным обеспечением* / Цифровая камера с HDMI-соединительным кабелем и программным обеспечением*, Программное обеспечение: Programmmное обеспечение TourView * (*Поставляются производителем по опции)

Принадлежности:

Пылезащитный чехол, Окуляры WF10x, Шнур питания, Держатели, Двустороннее плато и матовое стеклянное плато, Руководство по эксплуатации, Ключ шестигранный, Запасной предохранитель, Наглазники

Главный врач

Е. Иванова

Техническая спецификация к лоту № 2

Название: Операционный цистоуретроскоп

Оптика жесткая со стеклянными линзами, операционный цистоуретроскоп, 8 Шр., 6°, одноступенчатый, конический, 8-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя боковыми отверстиями для промывания и 1 рабочим каналом 5 Шр. для инструментов 4 Шр., с адаптером 27001 G, уплотнителем 27550N и переходником для чистки 27001RA.

Главный врач



Е. Иванова