

Проведение процедуры закупа в соответствии «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» Правительства РК от 30.10.2009. № 1729.

Объявление № 64 о проведении закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на 2020 год Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа	№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Место поставки	Срок поставки
ГКП на ПХВ «Многопрофиль ная областная детская больница»	1	Камера для хранения стерильных инструментов	Согласно приложению № 1 к объявлению № <u>64</u>	штук	1,00	350 000,00	350 000,00	Г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А	По письменным заявкам заказчика в течение 15 календарных дней
	2	Рециркулятор- облучатель бактерицидный для обеззараживания		штук	2	100 000,00	200 000,00		
	3	Шкаф сухожаровой			1	250 000,00	250 000,00		
ИТОГО							800 000,00		

1. Место поставки товара: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А.

2. Требуемый срок поставки: По письменным заявкам заказчика в течение 15 календарных дней.

3. Условия поставки: Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту в указанные сроки.

4. Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 10 ч 00 мин 27 мая 2020 г. до 10 ч 00 мин 3 июня 2020 г. включительно, по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 ч 00 мин 3 июня 2020 г. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87А, 307 кабинет, отдел государственных закупок.

Техническая спецификация к лоту № 1

Камера для хранения стерильных инструментов

Предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Предназначен для любого профиля медицинской деятельности: применяются в стоматологических кабинетах, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, в помещениях (операционные, смотровые, стоматологические кабинеты, перевязочные и другие помещения ЛПУ), где проводится работа со стерильными медицинскими инструментами. Камера должна обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы TUV 15W , TUV 30W . Более 60% излучения приходится на излучение длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок службы лампы – 8000 часов.

Технические параметры бактерицидной лампы:

Мощность /ток (Вт/А)	30 /0,37
Бактерицидный поток, Вт	11,2
Диаметр / длина, мм	26 / 895
Срок службы, час	8000

Спад излучения после 5000 часов работы не более 15%

Благодаря конструктивным особенностям решетки в камере, в которой расположен инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость камеры достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении «Закрyto» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту. Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и не стерильного, находящегося снаружи. Камера должна располагаться на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению. Возможна установка камер на столе или стационарно на кронштейнах настенно. Удобная конструкция камер и дизайн позволяет максимально облегчить работу и сделать ее приятной.

Техническая спецификация к лоту № 2

Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым ззором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей.

Технические характеристики: Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым ззором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей. Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: **Режим 1** «непрерывно в присутствии людей» - работает внутренняя лампа, через щелевой ззор в виде крышки проходит ультрафиолетовое излучение. Облученность на расстоянии 1 м в секторе прямого луча должна соответствовать нормам СанПиН РК Приказ МЗ РК №357 от 31.05.2017 года гл.5 п. 58, и составлять не менее 100 мкВт/см². Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см². **Режим 2** - «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть не менее 120 мкВт/см². Производительность при эффективности 99,9 % при включенных двух лампах 150 м³/час (при включенной верхней (экранированной) лампы 60 м³/час, при включенной нижней лампы 90 м³/час). Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы 9000 ч. Стартера - 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров предохраняет облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Конструктивная особенность аппарата (наличие крышки и регулируемого винта) дает возможность ручной настройки аппарата и возможность его использования в любом помещении. Средний срок службы облучателя не менее 6 лет. Гарантийный срок 37 месяцев. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель - 1 метр, двухжильный выключатель, комплекты метизов.

Техническая спецификация к лоту № 3

Шкаф суховоздушный предназначен для сушки и суховоздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента.

Аппарат должен обладать следующими свойствами:

- Цифровая индикация температуры в рабочей точке
- Электронный датчик должен позволять использовать сушильный шкаф в автоматическом и ручном режимах
- Отсутствие выбросов температуры благодаря оптимальной настройке цифрового регулятора
- Высокая помехозащищенность в условиях промышленных помех
- Контроль за состоянием датчика температуры – термопары
- Возможность коррекции заданной температуры относительно температуры в рабочей точке и, за счет этого, оптимизации температурного поля в камере
- Шкаф суховоздушный должен иметь визуальную и звуковую сигнализацию о нештатных ситуациях.

Технические характеристики:

Размеры рабочей камеры, мм	400x400x500
Объем рабочей камеры, л	80
Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °C	от 50 до 200
Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °C	± 2
Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке, °C в диапазоне до 120 °C в диапазоне свыше 120 °C	± 4 ± 6
Электропитание	220В / 50Гц
Средняя наработка, не менее	5000 часов
габаритные размеры, мм	695x650x1580
масса, кг	105