

ПРОТОКОЛ №62

об итогах по закупке медицинской техники в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 год
к объявлению № 62

г.Кокшетау

от «19» сентября 2018 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Аубакирова Ж.Ж.

Члены комиссии

Войтенко А.Г.

Шаимов Ж.Т.

Секретарь комиссии

Ережепов А.А.

- заместителя главного врача ГКП на ПХВ
«Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области

- Инженер-метролог ГКП на ПХВ
«Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области

- Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная
областная детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

- Специалист по государственным закупкам
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная
детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

Перечень лотов.

№ лота	Международное непатентованное название	технические характеристики, форма выпуска	Сумма выделенная, тг
1	2	3	4
1	Биоптрон	Питание	100-240 В 50/60 Гц 90 VA 3,4 кг +5°C - +30°C -25°C - +70°C
		Потребляемая мощность	
		Вес	
		Диапазон эксплуатационных температур	
		Диапазон температур хранения	
			525 000,00

Шаимов Ж.Т.

Ережепов А.А.

Длина волны	480-3400 нм
Степень поляризации	>95% (590-1550 нм)
Специфическое энерговыделение	приб. 40 мВт/см ²
Световая энергия в минуту	приб. 2,4 Дж/см ²
Диаметр светового фильтра	100 мм
Тип таймера	Таймер с автоматическим выключением

2	Шприцевой дозатор Описание: насос шприцевой инфузионный с микропроцессорным контролем предназначен для программируемого внутривенного, внутриартериального, эпидурального или подкожного введения лекарственных средств и анестетиков у взрослых, детей и новорожденных в стационаре, при транспортировке и реанимобиле. Насос шприцевой оборудован плунжером для автоматической установки шприца. Характеристики: - Интуитивно-понятное программирование и использование; - Русифицированное меню управления; - Возможность использования шприцев от 2 мл до 60 мл, различных производителей (50 типов); - Большой графический дисплей (115*33 мм), видимый с расстояния 5 м, ночной режим; - Границы скорости инфузии: 0.01 - 2200 мл/час; - Болос ручной или программируемый; - Журналы событий (Главный журнал событий, история пациента, журнал нажатий кнопок, сервисных событий журнал); - График давления (по времени), скорости инфузии (по времени); - Яркий индикатор статуса состояния помпы (зеленый - инфузия, красный - тревога, оранжевый - ожидание); - Число уровней окклюзии (10 уровней); - Индикация на дисплее наименования лечебного учреждения; - Возможность конфигурации библиотеки препаратов пользователем (добавление и удаление), до 350 наименований препаратов; - Универсальный крепежный хомут (В/в стойка, Draegerbar); - Дополнительные коммуникативные выходы (USB, инфракрасный порт); - Возможность обновления программного обеспечения; - Простой доступ для замены внутренней батареи; - Сообщение о необходимости подзарядки аккумулятора не менее чем за 30 мин. до окончания заряда; - Блокировка клавиатуры (защита от несанкционированного доступа).	1 557 691,80
---	---	--------------

Шуф О Воев

Др.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Изменяемый пользователем список шприцев	Наличие
Возможность использования шприцев от 2 до 60 мл известных производителей	Наличие
Программирование в зависимости от веса пациента 0,3-300 кг	Наличие
Программирование в зависимости от площади поверхности тела пациента 0,1-10 м ²	Наличие
Возможности задания скорости инфузии:	Наличие
- по времени и заданному объему лекарства	Наличие
- в мл/час	Наличие
- через дозу	Наличие
- из расчета на вес или площадь поверхности тела в мг, мкг, нг, МЕ в мин/ч/24ч	Наличие
- болюсно, через заданный временной интервал	Наличие
- режим прерывистого введения препарата (титрование)	Наличие
Скорость инфузии	0,01 – 2200 мл/ч
Объем инфузии для все типов шприцев	0,1 – 9999 мл
Скорость болюса	1 – 2200 мл/ч
Объем болюса	0,10 – 60 мл
Доза	0,1 – 9999 мл
Концентрация препарата мг/мл; мкг/мл; нг/мл, МЕ/мл	
Программируемое время инфузии	1 сек- 200ч.
Точность	Не более 2% (механическая точность ±1%)
Скорость вывода воздуха	1 – 2200 мл/ч
Объем вывода воздуха	0,1 – 4 мл
Возможность выбора уровня окклюзии, 10 уровней	Наличие
Ограничение количества попыток перезапуска после окклюзии	2

Шифр
Время
Фрагмент

Скорость в режиме KVO (Режим открытой вены)	0,1 – 10 мл/ч или текущая скорость (наименьшее значение)
Объем KVO	0,1 – 10% объема шприца
Время программируемой паузы до начала инфузии	1 мин. – 24 ч.
Журнал событий	наличие
Запоминание последних событий	2000
История данного пациента	500 последних событий
История сервисных тревог	50 последних сервисных тревог
Журнал нажатий кнопок	300 последних нажатий кнопок
Датчик размера шприца	Автоматическое определение размера и типа шприца.
Меню настроек	Русскоязычное, интуитивно понятное
Работа от встроенной батареи (при отключении сетевого питания)	Минимум 10 ч при скорости 5 мл/ч
Подзарядка батареи не более 6 ч	Наличие
Возможность блокировки клавиатуры	Наличие
Встроенная в корпус защита от непреднамеренного отсоединения удлинительной линии от шприца.	Наличие
Звуковая и визуальная сигнализация	Наличие
Все сигналы предупреждения подаются при помощи звука, мигания подсветки экрана дисплея и соответствующего сообщения	Наличие
Временное отключение звукового сигнала	Наличие

Мед

Всех

ФФ

Возможность регулировки громкости звука сигнала	Наличие
Сигналы тревоги предупреждения:	
Отключение от электросети	Наличие
Необходима зарядка батареи	Наличие
Батарея разряжена	Наличие
Окклюзия	Наличие
Окончание инфузии	Наличие
Шприц пуст	Наличие
Время паузы истекло	Наличие
Осталось X минут до окончания инфузии	за 5 мин. до окончания (далее каждые 2 мин.)
Сбой микропроцессора	Наличие
Шприц не зафиксирован	Наличие
Шприц не установлен	Наличие
Интерфейс внешней связи	Наличие
USB порт	Наличие
IrDa (инфракрасный порт)	Наличие
Вызов медперсонала	возможность (опция)
Возможность объединения в модульную инфузионную станцию, состоящую из 3-8 помп.	возможность дооснащения
Встроенное в корпус быстросъемное крепление на стандартную (25мм) горизонтальную рельсу или штатив	Наличие
Возможность соединения 2 или 3 насосов с помощью фиксатора с интегрированным держателем. Возможность подключения к сети реанимобиля (12В постоянный ток), блок питания интегрирован в сам прибор 12-16VDC (2A) - optional. Размер: (ДхШхВ) 320 x 120,5 x 137 мм (плунжер в максимально выдвинутом состоянии, в задвинутом состоянии плунжера длина прибора 220 мм). Вес: 2.3 кг (без перезаряжаемой батареи около 2 кг).	
Комплектность поставки: Инфузионный шприцевой насос – 1 шт., универсальный зажим – 1 шт., кабель питания 220В – 1 шт., встроенный аккумулятор NiMH, 7.2 V/2.5 Ah – 1 шт.,	

Мед / Ог Воев Др.

инструкция по эксплуатации – 1 шт. Документация: - Свидетельство о регистрации оборудования на территории РК; - Сертификат о внесении оборудования в Реестр СИ; - Инструкция по эксплуатации на казахском и русском языках. Сборка и установка: Аппарат будет собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (медицинское учреждение). Обучение: - Краткий инструктаж будет организован поставщиком на рабочем месте для врачебного персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяца с момента ввода в эксплуатацию.		2 082 691,80
ИТОГО:		

3. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО "Гелика"	г. Петропавловск, ул. Маяковского 95,	14.12.2018 г в 10:00
2	ТОО «САПА Мед Астана»	Г. Астана, ул. Жубанова 23/1	11.12.2018 г в 11:45
3	ИП «Цептер Интернешнл»	г. Алматы, ул. Богенбай Батыра д 140	14.12.2018 г в 12:10

Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге	Лот №2 цена за единицу, тенге
1	ТОО "Гелика"		455 000,00
2	ТОО «САПА Мед		445 000,00

Handwritten signatures and initials:




	Астана»	
3	ИП «Целлер Интернешнл»	525 000,00

4. Комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

Лот № 1 – признать победителем ТОО «САПА Мед Астана»;;

Лот № 2 – признать несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок;

Председатель комиссии:

Зам. гл. врача по лечебной работе - Аубакирова Ж.Ж.

Инженер метролог – Войтенко А.Г.

Юрист – Шаимов Ж.Т.

Секретарь комиссии:

Спец. по гос. закупкам – Ережепов А.А.




