

ПРОТОКОЛ №63

об итогах по закупку медицинской техники в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 год к объявлению № 63

г.Кокшетау

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Аубакирова Ж.Ж.

Члены комиссии

Войтенко А.Г.

Шаимов Ж.Т.

Секретарь комиссии
Ережелов А.А.

от «20» декабря 2018 г.

заместителя главного врача ГКП на ПХВ
«Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области

Инженер-метролог ГКП на ПХВ
«Многопрофильная областная детская
больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области

Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная
областная детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области
Специалист по государственным закупкам
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная
детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

Перечень лотов.

№ лота	Международное непатентованное название	технические характеристики, форма выпуска	Сумма выделенная, тг
1	2	3	4
1	Система анализа крови	Система использует технологию Smart Card (измерительных карт с встроенным микропроцессором). Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi. Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth 2.0, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через мобильный Bluetooth принтер.	3500 000,00

Шаимов Ж.Т. *Ережелов А.А.* *Аубакирова Ж.Ж.*

Особенности системы анализа крови:

- 1) устройство обработки и хранения информации со встроенным сканером штрих-кодов и сенсорным дисплеем;
 - 2) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенными микропроцессором);
 - 3) хранение измерительных карт при комнатной температуре;
 - 4) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации;
 - 5) большие сроки годности измерительных карт.
 - 6) автоматическая калибровка и контроль качества системы;
 - 7) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора.
 - 8) для проведения анализа нужно не менее 97 микролитров крови и не менее 35 секунд времени;
 - 9) мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа;
 - 10) система может работать в автономном режиме после проведения зарядки встроенных аккумуляторов от электрической сети.
- Измеряемые параметры: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct.
Расчетные параметры: TCO₂, HCO₃, BE(ecf), BE(b), sO₂, Hb.
Физические параметры считывателя тест карт, не менее: длина - 215 мм, ширина - 85 мм, высота - 45 мм, вес - 500 г.
- Физические параметры устройства обработки и хранения информации не менее: длина - 147 мм, ширина - 77 мм, высота - 27 мм, вес - 400 г.
- Физические параметры однократных тест-карт, не менее: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,1 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм;

Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке.

Комплектация:	считыватель тест карт	
	устройство обработки и хранения информации	
Измеряемые показатели:	блок питания для считывающего устройства	
	Ед.измерения	Уровень измерений
	pH units	6.5-8.0
	pCO ₂	5-250

Мед. Фз. Вет. Физ.

pO2	mmHg	5-750
Na	mmol/L	85-180
K	mmol/L	1,5-12
iCa	mmol/L	0,25-4
Glu	mmol/L	1,1-38,5
Lac	mmol/L	0,30-20,00
Hct	%	10-75
Расчётные показатели:		
TCO2	mmol/L	1-85
HCO3	mmol/L	1-85
BE(ecf)	mmol/L	30-+30
BE(b)	mmol/L	30-+30
sO2	%	0-100
Hb	g/L	33-250
Нужный для анализа объём образца крови:		
Время проведения анализа:		
97 микролитров		
35 секунд		

одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови

Измеряемые показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений
pH	pH units	6,5-8,0
pCO2	mmHg	5-250
pO2	mmHg	5-750
Na	mmol/L	85-180
K	mmol/L	1,5-12
iCa	mmol/L	0,25-4
Glu	mmol/L	1,1-38,5
Lac	mmol/L	0,30-20,00
Hct	%	10-75
Расчётные показатели:	Ед.измерения	Уровень измерений

Врач
Мед
Арт

TCO2		mmol/L	1-85
HCO3		mmol/L	1-85
BE(ecf)		mmol/L	30+30
BE(b)		mmol/L	30+30
sO2		%	0-100
Hb		g/L	33-250
Нужный для анализа объём образца крови:			
Время проведения анализа:		97 микролитров	
Особенности одноразовой тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови:		35 секунд	1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенными микропроцессором); 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт; 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы перед каждым анализом; 6) в упаковке 50 штук тест карт.
Физические параметры одноразовых тест-карт:			не более: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,1 мм, вес - 6,3 ± 0,3 грамм;
ИТОГО:			
			3500 000,00

3. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"	Г. Астана, пр. Сарыарка	12.12.2018 г

Мас *Ды* *Вас* *Спид*

	31/2, ВП-32, 11 этаж	в 10:00
--	----------------------	---------

Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге
1	ТОО “ЛОКАЛ ФАРМ”	3 500 000,00

4. Комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

Лот № 1 – признать несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок;

Председатель комиссии:

Зам. гл. врача по лечебной работе - Аубакирова Ж.Ж.



Инженер метролог – Войтенко А.Г.



Юрист – Шаимов Ж.Т.



Секретарь комиссии:

Спец. по гос. закупкам – Ережепов А.А.

