

Экспертное заключение по лоту № 3 «Панорамный рентген аппарат»

1. Стоматологическая цифровая рентгеновская система PAPAYA 3D(№ РК-MT-5№019020 от 23.04.2019), Genoray Co., Ltd, Республика Корея.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» по лоту № 3 «Панорамный рентген аппарат» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

2. Установка рентгенодиагностическая панорамная дентальная PlanmecaProOne (№ РК-MT-5№017894 от 22.05.2018), PLANMECA Oy, Финляндия.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ПК «Интермедсервис» по лоту № 3 «Панорамный рентген аппарат» не соответствует требованиям утвержденной тендерной документации по следующему ряду параметров.

Согласно технической спецификации тендерной документации срок гарантийного обслуживания должен быть 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, тогда как представленной технической спецификации ПК «Интермедсервис» - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Послегарантийное обслуживание 12 месяцев.

Также требованиями технической спецификации предусмотрено наличие режима CUST. В представленной ПК «Интермедсервис» технической спецификации данный режим указан, однако, согласно информации из открытых источников, в т.ч. исходя из представленного ПК «Интермедсервис» технического паспорта, в Установке рентгенодиагностической панорамной дентальной PlanmecaProOne данный режим не предусмотрен. Режим CUST является имитацией томографии, что значительно увеличивает функционал рентген аппарата, и благодаря интерактивной реконструкции, позволяет получать изображения зубного сечения.

Врач рентгенолог _____

Усатова Р.С. 